

## 实验室消防安全检查表

### 加州大学圣巴巴拉分校消防办公室

#### 洁净实验室

- 通风橱整洁有序。不要杂乱无章!
- 盒子/包装破损并当天丢弃
- 设备、实验室家具、仪器和其他物品不会阻碍出口路径或出口门
- 地板和实验台干净无杂物
- 生命安全设备畅通无阻且易于使用（即灭火器、火警拉手、紧急洗眼/淋浴站）

#### 危险废物管理:

- 对所有液体废物使用二级密封装置
- 请勿将废物容器装得过满！ EH&S 将拒绝接载他们
- 在不进行废物收集（液体和固体）时，始终为废物容器加盖
- 确保所有废物标签部分均已填写。累积时间不要超过9个月
- 请勿混合不相容物，也不要将注射器或其他实验室碎片放入溶剂废物容器中

#### 化学品储存:

- 不进行主动分配时，请始终盖上化学容器的盖子
- 适当隔离不相容物质
- 请勿在地板上存放易燃物品
- 请勿在经批准的易燃柜外存放超过 10 加仑的易燃物
- 请勿超过最大允许数量 (MAQ)

#### 气瓶:

- 所有气瓶在不使用时都盖上盖子
- 所有气瓶均采用两条链条抗震支撑至安全结构
- 气瓶与不相容物隔离（即易燃气体与氧化剂隔离）

#### 一般消防安全:

- 实验室门随时关闭
- 出口标志亮起，应急灯可操作。如有问题，请提交工作请求: <https://www.workrequest.s.ucsb.edu/>
- 提供实验室使用的化学品的安全数据表
- 储存易燃物的化学冰箱是防爆的，并有适当的标签。联系[实验室安全部门](#)获取标签

#### 电气安全:

- 所有电线均无磨损和损坏
- 延长线不用作设备的永久供电
- 断路器面板无障碍，间隙为 36 英寸